

Datum
2019-03-28

Beteckning

Kemikalieinspektionen
kemi@kemi.se

Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer - bestämmelser om kvicksilver samt implementering av undantag enligt RoHS-direktivet m.m.


Kemikalieinspektionens dnr 4.7-H19-02977

Svenskt Vatten tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag om att förlänga undantaget för kvicksilver i COD-analys till utgången av 2022. Det finns ännu inga ändamålsenliga alternativa analysmetoder. Metoden behövs för såväl energioptimering och intern styrning av reningsverk som för utsläppskontroll enligt krav i EU:s avloppsdirektiv.

För Svenskt Vatten



Pär Dalhielm
VD



Peter Sörngård
Miljöexpert